




Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the company's public news and information website.

Elsevier hereby grants permission to make all its COVID-19-related research that is available on the COVID-19 resource centre - including this research content - immediately available in PubMed Central and other publicly funded repositories, such as the WHO COVID database with rights for unrestricted research re-use and analyses in any form or by any means with acknowledgement of the original source. These permissions are granted for free by Elsevier for as long as the COVID-19 resource centre remains active.



NEUROLOGÍA

www.elsevier.es/neurologia



CARTA AL EDITOR

Adaptación telemática a la ventilación mecánica domiciliar en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica

Telematic adaptation to home mechanical ventilation in patients with amyotrophic lateral sclerosis

Sr. Editor:

La afectación respiratoria en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) condiciona la supervivencia de los pacientes, siendo la ventilación mecánica domiciliar (VMD) el tratamiento de elección^{1,2}. Aunque actualmente no existe un consenso con relación al momento adecuado para el inicio de la VMD^{1,3}, la adaptación a la VMD se realiza siempre de manera presencial, normalmente de manera ambulatoria y en un porcentaje menor mediante ingreso hospitalario^{1,3}.

Debido a la pandemia por SARS-CoV-2, en España se restringió la movilidad y el acceso a los centros hospitalarios, impulsando el uso de la telemedicina, en todas las especialidades médicas, incluida la neurología⁴. En ese contexto, desde junio 2020 hasta agosto 2021 revisamos el programa de adaptación a VMD de los pacientes con ELA para realizarlo de manera telemática. Un total de 12 pacientes (cinco hombres, siete mujeres), con un grado de afectación funcional muy variable (ALSFR-R entre 17 y 43), realizaron la adaptación a VMD mediante control telemático. A todos los pacientes en la visita presencial de control en la unidad multidisciplinar de ELA se les explicó la necesidad de iniciar la VMD y se resolvieron dudas sobre el tratamiento.

En 10 pacientes se indicó por el deterioro de la función pulmonar y en dos se adaptó como paso previo a la colocación de una sonda gástrica. Los ventiladores se llevaron al domicilio de los pacientes por la empresa de terapias respiratorias domiciliarias (TRD). Estos ventiladores eran limitados por presión en modo bi-nivel (BIPAP) y disponían de la capacidad de transmitir los datos de uso y eficacia mediante la red a una plataforma digital. De manera remota, a través de dicha plataforma digital se podían realizar los cambios de los parámetros de la ventilación.

Una vez con el dispositivo en el domicilio, a través de una videollamada de una fisioterapeuta respiratoria, se

realizó la educación de los pacientes y/o cuidadores sobre el manejo básico del ventilador, así como la colocación y retirada de la mascarilla. La duración de esta videollamada osciló entre 30 a 50 minutos (mediana de 42 minutos).

Tras dos noches de uso de la VMD se realizó una nueva videollamada donde se llevó a cabo una entrevista estructurada para la detección de síntomas de incomodidad de la ventilación, la presencia de úlceras por el uso de la mascarilla y se revisaron los datos en la plataforma digital con relación a la eficacia de la ventilación.

En esta segunda videollamada, en seis pacientes se tuvo que realizar cambios en los parámetros del ventilador tras detectar una ventilación nocturna insuficiente. En estos casos se fueron repitiendo las videollamadas con la entrevista estructurada y revisión de parámetros a las 48 horas hasta conseguir un uso correcto del ventilador durante toda la noche. La mediana del número de videollamadas realizadas fue de 3 (rango 2-5).

Posteriormente, al mes de la última videollamada de adaptación a la VMD, se revisó mediante la plataforma digital el uso de la ventilación (horas de uso) como la eficacia de esta. Solamente un paciente realizaba un uso diario inferior a 4 h/día. En todos los pacientes, la eficacia de la ventilación fue adecuada. A todos ellos se les realizó una videollamada, donde no explicaron molestias derivadas del uso de la VMD ni se detectaron lesiones cutáneas en la zona de presión de la mascarilla. Ninguno de los pacientes tuvo que realizar ninguna visita presencial en el hospital para la adaptación a la VMD (tabla 1).

La telemonitorización de la VMD ya es una realidad⁵, sin embargo, no existe una recomendación sobre la adaptación a este tratamiento de manera telemática⁶. La necesidad clínica y el contexto impulsó a la creación de un protocolo específico para ello. Además de las videollamadas con los pacientes, el uso de ventiladores domiciliarios con un sistema integrado de recogida y transmisión de datos es una pieza clave de cara a obtener un *feedback* objetivo de la eficacia de la ventilación. La telemedicina, entendida como la prestación de servicios sanitarios mediante tecnologías de comunicación⁷, también plantea desafíos éticos como la calidad, la seguridad, la brecha digital, la aceptación por parte de los pacientes⁸ y la continuidad de la atención y que puede debilitar la relación médico-paciente⁹.

Aunque esta muestra no permite establecer un nivel de evidencia suficiente sobre la eficacia de la adaptación telemática a la VMD comparada con la presencial, sí determina

<https://doi.org/10.1016/j.nrl.2022.01.004>

0213-4853/© 2022 Sociedad Española de Neurología. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Cómo citar este artículo: A. Balañá Corberó, M.Á. Rubio Pérez, B. Bertran Recasens et al., Adaptación telemática a la ventilación mecánica domiciliar en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, Neurología, <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2022.01.004>

Tabla 1 Descripción de los pacientes con ELA que se realizó la adaptación a ventilación mecánica domiciliar telemática y la eficacia de esta al mes

Generales	Función pulmonar			Oximetría nocturna inicial				Gsa fio ₂ 0,21 Inicial			Parámetros Ventilación					Eficacia Ventilación					
	Sexo	ALSFR-Tipo R	Edad, años	IMC, kg/m ²	VC, % pred	VC, mL	SNIP, cmH ₂ O	PFT, l/min	Ct90, %	IDH	SpO ₂ media	pH	PaCO ₂ , mmHg	PaO ₂ , mmHg	MODO	IPAP, cmH ₂ O	EPAP, cmH ₂ O	USO, h/día	FUGA, l/min	IAH	VM, l/min
Hombre	42	BULBAR	65	23,10	69	2530	38	240	4,2	4,2	93,9	7,44	34,6	95	BIPAP	8	4	8,3	5,29	3,3	7,0
Hombre	34	ESPINAL	69	28,50	108	3580	NV	440	72,0	20,5	88,6	7,40	41,0	76	BIPAP	10	4	6,7	0,22	2,7	8,0
Hombre	18	BULBAR	69	18,90	NV	NV	46	160	NV	NV	NV	7,40	36,4	79	BIPAP	10	4	5,5	0,74	6,1	9,9
Hombre	26	ESPINAL	54	21,40	42	1790	32	250	0,0	4,3	93,9	7,40	33,0	93	BIPAP	8	4	2,3	2,40	1,4	7,6
Hombre	25	BULBAR	47	20,60	54	2090	59	320	2,4	7,3	97,6	7,45	38,9	103	BIPAP	10	4	5,1	0,40	0,5	8,5
Mujer	28	BULBAR	68	28,80	34	900	63	170	13,0	6,4	92,0	7,37	39,7	122	BIPAP	8	4	6,4	4,02	9,0	6,0
Mujer	27	ESPINAL	78	18,80	50	1010	10	160	3,7	4,2	92,4	7,42	39,7	90	BIPAP	10	4	5,4	1,20	1,1	6,4
Mujer	43	BULBAR	81	25,90	72	1160	90	330	1,9	3,4	93,0	7,41	37,2	79	BIPAP	8	4	5,3	0,39	10,8	4,7
Mujer	24	BULBAR	77	23,00	34	720	18	200	NV	NV	NV	7,44	45,7	71	BIPAP	16	4	6,5	5,00	5,0	6,7
Mujer	29	BULBAR	58	23,50	21	680	21	150	62,5	9,0	89,0	7,42	40,1	76	BIPAP	8	4	7,4	2,00	5,2	5,0
Mujer	24	ESPINAL	70	26,90	68	1780	44	260	38,6	11,9	89,7	7,42	40,7	87	BIPAP	12	4	4,5	0,00	1,2	7,7
Mujer	17	BULBAR	59	27,89	NV	NV	NV	NV	NV	NV	NV	7,47	48,9	86	BIPAP	8	4	7,2	1,00	7,3	4,0

ALSFR-R: *Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale*; IMC: índice de masa corporal; VC: Capacidad vital; pred: valores de referencia; SNIP: presión nasal durante una inhalación máxima; PFT: pico de flujo tos; Ct90: tiempo de la noche con saturación de oxígeno inferior a 90%; IDH: índice de desaturación por hora; FIO₂: fracción inspirada de oxígeno; PaCO₂: presión parcial de dióxido de carbono; PaO₂: presión parcial de oxígeno; IPAP: presión inspiratoria; EPAP: presión espiratoria; IAH: índice apnea-hipopnea; VM: ventilación minuto; NV: no valorable; BIPAP: presión bi-nivel; N-B: naso-bucal.

un punto de partida y sirve como demostración sobre su plausibilidad, tan necesaria en este tipo de pacientes donde además existe un problema de movilidad importante derivado de su propia patología.

Financiación

Este trabajo no ha recibido ningún tipo de financiación.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Agradecimientos

A Anna Guillén-Solà y Montserrat Villatoro por la atención de los pacientes en la unidad multidisciplinar de ELA. Francisco Leiva por su soporte técnico y asistencial para el manejo respiratorio de los pacientes con ventilación mecánica domiciliaria. A Griselda Esteve Plantalech y Oscar García Mariñoso por el soporte administrativo.

Bibliografía

1. Miller RG, Jackson CE, Kasarskis EJ, England JD, Forshew D, Johnston W, et al. Practice parameter update: The care of the patient with amyotrophic lateral sclerosis: Drug, nutritional, and respiratory therapies (an evidence-based review): Report of the quality standards subcommittee of the American academy of neurology. *Neurology*. 2009;73:1218–26.
 2. Andersen PM, Abrahams S, Borasio GD, de Carvalho M, Chio A, Van Damme P, et al. EFNS guidelines on the Clinical Management of Amyotrophic Lateral Sclerosis (MALS) - revised report of an EFNS task force. *Eur J Neurol*. 2012;19:360–75.
 3. Farrero E, Antón A, Egea CJ, Almaraz MJ, Masa JF, Utrabo I, et al. Normativa sobre el manejo de las complicaciones respiratorias de los pacientes con enfermedad neuromuscular. *Arch Bronconeumol*. 2013;49:306–13.
 4. Bokolo AJ. Exploring the adoption of telemedicine and virtual software for care of outpatients during and after COVID-19 pandemic. *Ir J Med Sci*. 2021;190:1–10.
 5. Ambrosino N, Vitacca M, Dreher M, Isetta V, Montserrat JM, Tonia T, et al. Tele-monitoring of ventilator-dependent patients: A European Respiratory Society Statement. *Eur Respir J*. 2016;48:648–63.
 6. Guía SEPAR para la teleconsulta de pacientes respiratorios. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica SEPAR. [consultado en 2021]. Disponible en: <https://www.separ.es/node/1974>.
 7. Jiang W, Wang L, Song YL. Titration and follow-up for home noninvasive positive pressure ventilation in chronic obstructive pulmonary disease: The potential role of tele-monitoring and the Internet of things. *Clin Respir J*. 2021;15:705–15.
 8. Ambrosino N, Fracchia C. The role of tele-medicine in patients with respiratory diseases. *Expert Rev Respir Med*. 2017;11:893–900.
 9. Chaet D, Clearfield R, Sabin JE, Skimming K. Ethical practice in Telehealth and Telemedicine. *J Gen Intern Med*. 2017;32:1136–40.
- A. Balañá Corberó^{a,b}, M.Á. Rubio Pérez^{a,b},
B. Bertran Recasens^{a,b} y J. Martínez Llorens^{a,b,c,d,*}
- ^a Servicio de Neumología, Hospital del Mar, Cataluña, España
^b Unidad Multidisciplinar de ELA, Cataluña, España
^c CEXS, Universitat Pompeu Fabra, Cataluña, España
^d CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), ISC III, Madrid, España
- * Autor para correspondencia.
Correo electrónico: JMartinezL@parcdesalutmar.cat
(J. Martínez Llorens).